

Dipartimento Economico Gestionale
S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti
Direttore: dottor Patrizio Callao
Prat. n. 171/2015

Genova, 3 settembre 2015
prot. n. 107803

OGGETTO: (gara n. 6100028) Gara d'appalto mediante procedura aperta, a norma del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per l' acquisizione a noleggio quinquennale di un sistema di telecardiologia elettrocardiografica destinato ai presidi di ASL 3 "Genovese" e ai medici di medicina generale (c.i.g. n. 631935725E)

Richiesta chiarimenti n. 1

Relativamente all' integrazione con sistema RIS-PACS (1.4.3), viene indicato *"l'aggiudicatario dovrà completare tutte le integrazioni richieste, in particolare l'integrazione bidirezionale DICOM, e quelle eventualmente offerte a titolo migliorativo degli elettrocardiografi offerti con il CIS-PACS ESAOTE ESTENSA"(1/2.4.3.1) e "Tutte le attività necessarie (compresi eventuali oneri per software o hardware) a completare le integrazioni offerte, saranno a carico della ditta fornitrice"(1/2.4.3.2).* Si richiede conferma che sia sufficiente includere tutti i costi lato nostro (secondo le specifiche minime fornite in 1.2.4.2) ovvero se avete già in essere un contratto con Esaote per coprire eventuali costi lato CIS-PACS. Qualora tali eventuali costi lato Esaote devono essere inclusi dalla nostra Azienda.... *omissis*.....

Risposta chiarimenti n. 1

Le specifiche di interfaccia con il sistema CIS/PACS di ASL3 sono ben definite nel capitolato di gara e utilizzano protocolli e linguaggi standard. Non sono previste modifiche (e quindi costi) al sistema, ma è requisito di idoneità l'interfacciabilità dei sistemi offerti con il CIS/PACS. Eventuali attività necessarie per la configurazione del CIS/PACS saranno a carico di ASL3.

Richiesta chiarimenti n. 2

ECG di alta fascia: viene richiesto *"Protocolli per stress farmacologico"* al punto 1.2.9. e *"Funzione di stampa temporizzata per eco stress"* al punto 1.3.2.8.

Si richiede se sia sufficiente una stampa periodica impostabile o serve la gestione dello stress test(con protocollo farmacologico anziché test da sforzo con ergometro)?.

Risposta chiarimenti n. 2

E' sufficiente una stampa periodica impostabile

Richiesta chiarimenti n. 3

Qualora i cavi paziente per ECG di fascia alta e media siano diversi, come devono essere suddivisi i 10 cavi aggiuntivi richiesti ?.

Risposta chiarimenti n. 3

Qualora i cavi pazienti per ECG di fascia alta e media siano diversi, si richiede (par. 4.5) la fornitura:

- n.2 cavi per ECG di fascia alta
- n.8 cavi per ECG di fascia media

Richiesta chiarimenti n. 4

Nel bando di gara non vengono definiti i termini finali del noleggio delle apparecchiature, si richiede conferma di eventuale percentuale di riscatto e se tale quota debba essere inclusa nell'importo base d'asta.

Risposta chiarimenti n. 4

Nel caso in cui l'Amministrazione, ritenesse, in conformità alle strategie aziendali del momento, di procedere ad un eventuale riscatto, la quota sarà eventualmente concordata tra le parti al termine del servizio.

Distinti saluti

Il Direttore
Dottor Patrizio Callao

