

**GARA DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , A NORMA DEL D.LGS. N. 163/2006
E S.M.I. , PER L' ACQUISIZIONE
A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI TELECARDIOLOGIA
ELETTROCARDIOGRAFICA DESTINATO
AI PRESIDI DI ASL 3 "GENOVESE" E AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(GARA N. 6100028 /CIG. N 631935725E)**

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI
"DOCUMENTAZIONE TECNICA"**

Prima seduta

Il giorno 21 settembre 2015 alle ore 12,30 circa, presso gli uffici della S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti in via A. Bertani 4- 16125 Genova, si riunisce la commissione tecnica, per la valutazione delle proposte tecniche relative alla procedura aperta per l'acquisizione di un sistema di telecardiologia elettrocardiografica destinato ai presidi di ASL 3 "Genovese" e ai medici di medicina generale..

E' presente, per l'Amministrazione, la Commissione nominata con determinazione n. 1576 del 18/09/2015, composta dai seguenti componenti:

Dott. Massimo Zoni Berisso , dirigente medico disciplina Cardiologia

Dott. Gabriele Lupi, dirigente medico disciplina cardiologia

Ing. Gino Spada, Responsabile S.S. D. Ingegneria Clinica- Dipartimento Infrastrutture

Viene nominato Presidente della Commissione l'Ing. Gino Spada

E' presente inoltre, in qualità di segretario verbalizzante , per la Struttura Complessa Acquisti e Gestione Approvvigionamenti la dott. ssa Rita Manfra

Si procede quindi a riaprire le buste contenenti la documentazione tecnica delle ditte partecipanti alla procedura concorsuale e precisamente:

Ditta Cardioline

Ditta Emac

Ditta Ge Medical Systems Italia

Ditta Mortara Instrument Europe s.r.l.

Ditta Seagull HC di Mirco Olivari

La Commissione procede preliminarmente alla verifica della documentazione tecnica presentata al fine della predisposizione di un file comparativo relativo alle offerte presentate.

Durante la verifica dei contenuti dei CD riportanti le specifiche tecniche in dettaglio come richieste all'art. 3 del Capitolato speciale di gara , viene preso atto che il CD presentato dalla ditta Cardioline risulta in formato " non leggibile", la Commissione decide conseguentemente di inviare una comunicazione via mail alla ditta Cardioline al fine di poter aver un supporto informatico del contenuto da poter "copiare" sul prospetto comparativo predisposto dalla Commissione al fine della valutazione.(Tale file verrà poi controllato con la documentazione cartacea già presentata).




Il Presidente della Commissione ricorda che il parametro n. 4 prevede una prova pratica, pertanto le ditte, a seguito di comunicazione scritta, dovranno presentare nel luogo e nella data stabilita nella comunicazione, un'installazione configurata secondo l'art. 3.7 del capitolato speciale.

La Commissione procede alla predisposizione di una scheda di valutazione per ciascun sistema e per ciascun commissario, allegata al presente verbale, per l'attribuzione della valutazione della prova pratica.


La documentazione tecnica viene rimessa nelle relative buste per essere conservata.

La seduta si chiude alle ore 13,30 circa.

Ing. Gino Spada



Dott. Massimo Zoni Berisso



Dott. Gabriele Lupi



Dott ssa Rita Manfra, segretario



**GARA DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , A NORMA DEL D.LGS. N. 163/2006
E S.M.I. , PER L' ACQUISIZIONE
A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI TELECARDIOLOGIA
ELETTROCARDIOGRAFICA DESTINATO
AI PRESIDI DI ASL 3 "GENOVESE" E AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(GARA N. 6100028 /CIG. N 631935725E)**

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI
"DOCUMENTAZIONE TECNICA"**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
(art. 3 capitolato speciale- parametro 4/massimo attribuibile punti 15)**

COMMISSARIO DOTT.:

DITTA:

PARAMETRO	Descrizione parametro	PESO ATTRIBUITO (da 0 a 1)	Note eventuali
4.1 (massimo attribuibile punti 3)	Connettività: qualità e funzionalità dell'interfacciamento tra ECG e CIS-PACS ASL3 sia per quanto riguarda la DICOM Worklist sia per il tracciato ECG 12 derivazioni diagnostico in formato "DICOM - General ECG Waveform Storage" ; qualità del tracciato DICOM ricevuto sul CIS-PACS ; completezza dati trasmessi sul file DICOM. In caso di impossibilità di verificare le funzionalità di trasmissione minime richieste a Capitolato la ditta concorrente verrà esclusa dal prosieguo della gara		
4.2 (massimo attribuibile punti 6)	- Facilità e immediatezza d'uso: facilità di programmazione e personalizzazione, facilità posizionamento elettrodi, interfaccia utente intuitiva, ergonomia		
4.3 (massimo attribuibile punti 6)	Acquisizione segnale ECG: facilità e velocità di visualizzazione della modalità di acquisizione, facilità e flessibilità di impostazione dei parametri di acquisizione, qualità dei tracciati in funzione delle impostazioni possibili		

Firma _____