

**GARA DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , A NORMA DEL D.LGS. N. 163/2006
E S.M.I. , PER L' ACQUISIZIONE
A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI TELECARDIOLOGIA
ELETTROCARDIOGRAFICA DESTINATO
AI PRESIDI DI ASL 3 "GENOVESE" E AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(GARA N. 6100028 /CIG. N 631935725E)**

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI
"DOCUMENTAZIONE TECNICA"**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
(art. 3 capitolato speciale- parametro 4/massimo attribuibile punti 15)**

COMMISSARIO DOTT.: *LUPI*

DITTA: *CARDIOLINE*

PARAMETRO	Descrizione parametro	PESO ATTRIBUITO (da 0 a 1)	Note eventuali
4.1 (massimo attribuibile punti 3)	Connettività: qualità e funzionalità dell'interfacciamento tra ECG e CIS-PACS ASL3 sia per quanto riguarda la DICOM Worklist sia per il tracciato ECG 12 derivazioni diagnostico in formato "DICOM - General ECG Waveform Storage" ; qualità del tracciato DICOM ricevuto sul CIS-PACS ; completezza dati trasmessi sul file DICOM. In caso di impossibilità di verificare le funzionalità di trasmissione minime richieste a Capitolato la ditta concorrente verrà esclusa dal prosieguo della gara	<i>0,1</i>	
4.2 (massimo attribuibile punti 6)	- Facilità e immediatezza d'uso: facilità di programmazione e personalizzazione, facilità posizionamento elettrodi, interfaccia utente intuitiva, ergonomia	<i>0,2</i>	
4.3 (massimo attribuibile punti 6)	Acquisizione segnale ECG: facilità e velocità di visualizzazione della modalità di acquisizione, facilità e flessibilità di impostazione dei parametri di acquisizione, qualità dei tracciati in funzione delle impostazioni possibili	<i>0,2</i>	

Firma *[Firma]*

GARA DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , A NORMA DEL D.LGS. N. 163/2006
 E S.M.I. , PER L' ACQUISIZIONE
 A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI TELECARDIOLOGIA
 ELETTROCARDIOGRAFICA DESTINATO
 AI PRESIDI DI ASL 3 "GENOVESE" E AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
 (GARA N. 6100028 /CIG. N 631935725E)

VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI
 "DOCUMENTAZIONE TECNICA"

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
 (art. 3 capitolato speciale- parametro 4/massimo attribuibile punti 15)

COMMISSARIO DOTT.: *Lupi*

DITTA: *ENSC*

PARAMETRO	Descrizione parametro	PESO ATTRIBUITO (da 0 a 1)	Note eventuali
4.1 (massimo attribuibile punti 3)	Connettività: qualità e funzionalità dell'interfacciamento tra ECG e CIS-PACS ASL3 sia per quanto riguarda la DICOM Worklist sia per il tracciato ECG 12 derivazioni diagnostico in formato "DICOM - General ECG Waveform Storage" ; qualità del tracciato DICOM ricevuto sul CIS-PACS ; completezza dati trasmessi sul file DICOM. In caso di impossibilità di verificare le funzionalità di trasmissione minime richieste a Capitolato la ditta concorrente verrà esclusa dal prosieguo della gara	<i>0,7</i>	
4.2 (massimo attribuibile punti 6)	- Facilità e immediatezza d'uso: facilità di programmazione e personalizzazione, facilità posizionamento elettrodi, interfaccia utente intuitiva, ergonomia	<i>0,65</i>	
4.3 (massimo attribuibile punti 6)	Acquisizione segnale ECG: facilità e velocità di visualizzazione della modalità di acquisizione, facilità e flessibilità di impostazione dei parametri di acquisizione, qualità dei tracciati in funzione delle impostazioni possibili	<i>0,65</i>	

Firma

Gabriele

**GARA DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , A NORMA DEL D.LGS. N. 163/2006
E S.M.I. , PER L' ACQUISIZIONE
A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI TELECARDIOLOGIA
ELETTROCARDIOGRAFICA DESTINATO
AI PRESIDII DI ASL 3 "GENOVESE" E AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(GARA N. 6100028 /CIG. N 631935725E)**

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI
"DOCUMENTAZIONE TECNICA"**

**SCHEMA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
(art. 3 capitolato speciale- parametro 4/massimo attribuibile punti 15)**

COMMISSARIO DOTT.: *LUP1*

DITTA: *SE*

PARAMETRO	Descrizione parametro	PESO ATTRIBUITO (da 0 a 1)	Note eventuali
4.1 (massimo attribuibile punti 3)	Connettività: qualità e funzionalità dell'interfacciamento tra ECG e CIS-PACS ASL3 sia per quanto riguarda la DICOM Worklist sia per il tracciato ECG 12 derivazioni diagnostico in formato "DICOM - General ECG Waveform Storage" ; qualità del tracciato DICOM ricevuto sul CIS-PACS ; completezza dati trasmessi sul file DICOM. In caso di impossibilità di verificare le funzionalità di trasmissione minime richieste a Capitolato la ditta concorrente verrà esclusa dal prosieguo della gara	<i>0,05</i>	
4.2 (massimo attribuibile punti 6)	- Facilità e immediatezza d'uso: facilità di programmazione e personalizzazione, facilità posizionamento elettrodi, interfaccia utente intuitiva, ergonomia	<i>0,7</i>	
4.3 (massimo attribuibile punti 6)	Acquisizione segnale ECG: facilità e velocità di visualizzazione della modalità di acquisizione, facilità e flessibilità di impostazione dei parametri di acquisizione, qualità dei tracciati in funzione delle impostazioni possibili	<i>0,7</i>	

Firma

[Handwritten Signature]

**GARA DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , A NORMA DEL D.LGS. N. 163/2006
E S.M.I. , PER L' ACQUISIZIONE
A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI TELECARDIOLOGIA
ELETTROCARDIOGRAFICA DESTINATO
AI PRESIDI DI ASL 3 "GENOVESE" E AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(GARA N. 6100028 /CIG. N 631935725E)**

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI
"DOCUMENTAZIONE TECNICA"**

**SCHEMA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
(art. 3 capitolato speciale- parametro 4/massimo attribuibile punti 15)**

COMMISSARIO DOTT.: *LUPI*

DITTA: *MERZARA*

PARAMETRO	Descrizione parametro	PESO ATTRIBUITO (da 0 a 1)	Note eventuali
4.1 (massimo attribuibile punti 3)	Connettività: qualità e funzionalità dell'interfacciamento tra ECG e CIS-PACS ASL3 sia per quanto riguarda la DICOM Worklist sia per il tracciato ECG 12 derivazioni diagnostico in formato "DICOM - General ECG Waveform Storage" ; qualità del tracciato DICOM ricevuto sul CIS-PACS ; completezza dati trasmessi sul file DICOM. In caso di impossibilità di verificare le funzionalità di trasmissione minime richieste a Capitolato la ditta concorrente verrà esclusa dal prosieguo della gara	<i>1</i>	
4.2 (massimo attribuibile punti 6)	- Facilità e immediatezza d'uso: facilità di programmazione e personalizzazione, facilità posizionamento elettrodi, interfaccia utente intuitiva, ergonomia	<i>0,7</i>	
4.3 (massimo attribuibile punti 6)	Acquisizione segnale ECG: facilità e velocità di visualizzazione della modalità di acquisizione, facilità e flessibilità di impostazione dei parametri di acquisizione, qualità dei tracciati in funzione delle impostazioni possibili	<i>0,65</i>	

Firma

G. M. ...

**GARA DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , A NORMA DEL D.LGS. N. 163/2006
E S.M.I. , PER L' ACQUISIZIONE
A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI TELECARDIOLOGIA
ELETTROCARDIOGRAFICA DESTINATO
AI PRESIDI DI ASL 3 "GENOVESE" E AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(GARA N. 6100028 /CIG. N 631935725E)**

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI
"DOCUMENTAZIONE TECNICA"**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
(art. 3 capitolato speciale- parametro 4/massimo attribuibile punti 15)**

COMMISSARIO DOTT.: *LVR1*

DITTA: *SEAGULL*

PARAMETRO	Descrizione parametro	PESO ATTRIBUITO (da 0 a 1)	Note eventuali
4.1 (massimo attribuibile punti 3)	Connettività: qualità e funzionalità dell'interfacciamento tra ECG e CIS-PACS ASL3 sia per quanto riguarda la DICOM Worklist sia per il tracciato ECG 12 derivazioni diagnostico in formato "DICOM - General ECG Waveform Storage" ; qualità del tracciato DICOM ricevuto sul CIS-PACS ; completezza dati trasmessi sul file DICOM. In caso di impossibilità di verificare le funzionalità di trasmissione minime richieste a Capitolato la ditta concorrente verrà esclusa dal prosieguo della gara	<i>0,8</i>	
4.2 (massimo attribuibile punti 6)	- Facilità e immediatezza d'uso: facilità di programmazione e personalizzazione, facilità posizionamento elettrodi, interfaccia utente intuitiva, ergonomia	<i>1</i>	
4.3 (massimo attribuibile punti 6)	Acquisizione segnale ECG: facilità e velocità di visualizzazione della modalità di acquisizione, facilità e flessibilità di impostazione dei parametri di acquisizione, qualità dei tracciati in funzione delle impostazioni possibili	<i>1</i>	

Firma

[Handwritten signature]