

**GARA DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , A NORMA DEL D.LGS. N. 163/2006
E S.M.I. , PER L' ACQUISIZIONE
A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI TELECARDIOLOGIA
ELETTROCARDIOGRAFICA DESTINATO
AI PRESIDI DI ASL 3 "GENOVESE" E AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(GARA N. 6100028 /CIG. N 631935725E)**

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI
"DOCUMENTAZIONE TECNICA"**


**SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
(art. 3 capitolato speciale- parametro 4/massimo attribuibile punti 15)**

COMMISSARIO DOTT.: SPADA

DITTA: CAROLINE

PARAMETRO	Descrizione parametro	PESO ATTRIBUITO (da 0 a 1)	Note eventuali
4.1 (massimo attribuibile punti 3)	Connettività: qualità e funzionalità dell'interfacciamento tra ECG e CIS-PACS ASL3 sia per quanto riguarda la DICOM Worklist sia per il tracciato ECG 12 derivazioni diagnostico in formato "DICOM - General ECG Waveform Storage" ; qualità del tracciato DICOM ricevuto sul CIS-PACS ; completezza dati trasmessi sul file DICOM. In caso di impossibilità di verificare le funzionalità di trasmissione minime richieste a Capitolato la ditta concorrente verrà esclusa dal prosieguo della gara	0,1	
4.2 (massimo attribuibile punti 6)	- Facilità e immediatezza d'uso: facilità di programmazione e personalizzazione, facilità posizionamento elettrodi, interfaccia utente intuitiva, ergonomia	0,2	
4.3 (massimo attribuibile punti 6)	Acquisizione segnale ECG: facilità e velocità di visualizzazione della modalità di acquisizione, facilità e flessibilità di impostazione dei parametri di acquisizione, qualità dei tracciati in funzione delle impostazioni possibili	0,2	

Firma



**GARA DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , A NORMA DEL D.LGS. N. 163/2006
E S.M.I. , PER L' ACQUISIZIONE
A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI TELECARDIOLOGIA
ELETTROCARDIOGRAFICA DESTINATO
AI PRESIDI DI ASL 3 "GENOVESE" E AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(GARA N. 6100028 /CIG. N 631935725E)**

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI
"DOCUMENTAZIONE TECNICA"**


**SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
(art. 3 capitolato speciale- parametro 4/massimo attribuibile punti 15)**

COMMISSARIO DOTT.: *SRADA*

DITTA: *EMAC*

PARAMETRO	Descrizione parametro	PESO ATTRIBUITO (da 0 a 1)	Note eventuali
4.1 (massimo attribuibile punti 3)	Connettività: qualità e funzionalità dell'interfacciamento tra ECG e CIS-PACS ASL3 sia per quanto riguarda la DICOM Worklist sia per il tracciato ECG 12 derivazioni diagnostico in formato "DICOM - General ECG Waveform Storage" ; qualità del tracciato DICOM ricevuto sul CIS-PACS ; completezza dati trasmessi sul file DICOM. In caso di impossibilità di verificare le funzionalità di trasmissione minime richieste a Capitolato la ditta concorrente verrà esclusa dal prosieguo della gara	<i>0,9</i>	
4.2 (massimo attribuibile punti 6)	- Facilità e immediatezza d'uso: facilità di programmazione e personalizzazione, facilità posizionamento elettrodi, interfaccia utente intuitiva, ergonomia	<i>0,65</i>	
4.3 (massimo attribuibile punti 6)	Acquisizione segnale ECG: facilità e velocità di visualizzazione della modalità di acquisizione, facilità e flessibilità di impostazione dei parametri di acquisizione, qualità dei tracciati in funzione delle impostazioni possibili	<i>0,65</i>	

Firma



**GARA DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , A NORMA DEL D.LGS. N. 163/2006
E S.M.I. , PER L' ACQUISIZIONE
A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI TELECARDIOLOGIA
ELETTROCARDIOGRAFICA DESTINATO
AI PRESIDI DI ASL 3 "GENOVESE" E AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(GARA N. 6100028 /CIG. N 631935725E)**

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI
"DOCUMENTAZIONE TECNICA"**


**SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
(art. 3 capitolato speciale- parametro 4/massimo attribuibile punti 15)**

COMMISSARIO DOTT.: SPADA

DITTA: GE

PARAMETRO	Descrizione parametro	PESO ATTRIBUITO (da 0 a 1)	Note eventuali
4.1 (massimo attribuibile punti 3)	Connettività: qualità e funzionalità dell'interfacciamento tra ECG e CIS-PACS ASL3 sia per quanto riguarda la DICOM Worklist sia per il tracciato ECG 12 derivazioni diagnostico in formato "DICOM - General ECG Waveform Storage" ; qualità del tracciato DICOM ricevuto sul CIS-PACS ; completezza dati trasmessi sul file DICOM. In caso di impossibilità di verificare le funzionalità di trasmissione minime richieste a Capitolato la ditta concorrente verrà esclusa dal prosieguo della gara	0,05	
4.2 (massimo attribuibile punti 6)	- Facilità e immediatezza d'uso: facilità di programmazione e personalizzazione, facilità posizionamento elettrodi, interfaccia utente intuitiva, ergonomia	0,7	
4.3 (massimo attribuibile punti 6)	Acquisizione segnale ECG: facilità e velocità di visualizzazione della modalità di acquisizione, facilità e flessibilità di impostazione dei parametri di acquisizione, qualità dei tracciati in funzione delle impostazioni possibili	0,7	

Firma



**GARA DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , A NORMA DEL D.LGS. N. 163/2006
E S.M.I. , PER L' ACQUISIZIONE
A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI TELECARDIOLOGIA
ELETTROCARDIOGRAFICA DESTINATO
AI PRESIDI DI ASL 3 "GENOVESE" E AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(GARA N. 6100028 /CIG. N 631935725E)**

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI
"DOCUMENTAZIONE TECNICA"**


**SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
(art. 3 capitolato speciale- parametro 4/massimo attribuibile punti 15)**

COMMISSARIO DOTT.: *SPADA*

DITTA: *MENZINI*

PARAMETRO	Descrizione parametro	PESO ATTRIBUITO (da 0 a 1)	Note eventuali
4.1 (massimo attribuibile punti 3)	Connettività: qualità e funzionalità dell'interfacciamento tra ECG e CIS-PACS ASL3 sia per quanto riguarda la DICOM Worklist sia per il tracciato ECG 12 derivazioni diagnostico in formato "DICOM - General ECG Waveform Storage" ; qualità del tracciato DICOM ricevuto sul CIS-PACS ; completezza dati trasmessi sul file DICOM. In caso di impossibilità di verificare le funzionalità di trasmissione minime richieste a Capitolato la ditta concorrente verrà esclusa dal prosieguo della gara	<i>1</i>	
4.2 (massimo attribuibile punti 6)	- Facilità e immediatezza d'uso: facilità di programmazione e personalizzazione, facilità posizionamento elettrodi, interfaccia utente intuitiva, ergonomia	<i>0,7</i>	
4.3 (massimo attribuibile punti 6)	Acquisizione segnale ECG: facilità e velocità di visualizzazione della modalità di acquisizione, facilità e flessibilità di impostazione dei parametri di acquisizione, qualità dei tracciati in funzione delle impostazioni possibili	<i>0,65</i>	

Firma



**GARA DI APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , A NORMA DEL D.LGS. N. 163/2006
E S.M.I. , PER L' ACQUISIZIONE
A NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI TELECARDIOLOGIA
ELETTROCARDIOGRAFICA DESTINATO
AI PRESIDI DI ASL 3 "GENOVESE" E AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(GARA N. 6100028 /CIG. N 631935725E)**

**VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI
"DOCUMENTAZIONE TECNICA"**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA
(art. 3 capitolato speciale- parametro 4/massimo attribuibile punti 15)**

COMMISSARIO DOTT.: SPADA

DITTA: SEAGULL

PARAMETRO	Descrizione parametro	PESO ATTRIBUITO (da 0 a 1)	Note eventuali
4.1 (massimo attribuibile punti 3)	Connettività: qualità e funzionalità dell'interfacciamento tra ECG e CIS-PACS ASL3 sia per quanto riguarda la DICOM Worklist sia per il tracciato ECG 12 derivazioni diagnostico in formato "DICOM - General ECG Waveform Storage" ; qualità del tracciato DICOM ricevuto sul CIS-PACS ; completezza dati trasmessi sul file DICOM. In caso di impossibilità di verificare le funzionalità di trasmissione minime richieste a Capitolato la ditta concorrente verrà esclusa dal prosieguo della gara	0,7	
4.2 (massimo attribuibile punti 6)	- Facilità e immediatezza d'uso: facilità di programmazione e personalizzazione, facilità posizionamento elettrodi, interfaccia utente intuitiva, ergonomia	1	
4.3 (massimo attribuibile punti 6)	Acquisizione segnale ECG: facilità e velocità di visualizzazione della modalità di acquisizione, facilità e flessibilità di impostazione dei parametri di acquisizione, qualità dei tracciati in funzione delle impostazioni possibili	1	

Firma

