

**N.1 CARROZZINA MOTORIZZATA
PER LA S.C. RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
DELL'OSP. LA COLLETTA**

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA E CARATTERISTICHE DI MINIMA

1. Carrozzina elettrica avente la seguente destinazione d'uso: permettere al paziente che necessita di riabilitazione sull'esoscheletro Lokomat, la salita/discesa sullo stesso.
2. Possibilità di salire/scendere con rampa di pendenza indicativa 20%
3. Peso non superiore a Kg 130, compreso il peso del paziente
4. Larghezza massima: non superiore a 70 cm
5. Dotata di tutti gli accessori necessari al funzionamento

ALTRI REQUISITI OBBLIGATORI

1. Tutti i componenti dell'apparecchiatura e gli accessori in fornitura devono essere nuovi
2. Tutto il necessario (attività, servizi, materiali, ecc) a consegnare ed installare in sicurezza quanto fornito è a carico del fornitore
3. Tutti gli imballaggi utilizzati per il trasporto dell'apparecchiatura dovranno essere rimossi e allontanati dal fornitore subito dopo la consegna
4. Tutto il necessario (compresi eventuali materiali di consumo) alla messa in uso di ogni sistema deve essere compreso in fornitura
5. L'apparecchiatura deve essere corredata già alla presentazione dell'offerta di gara di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti e alle direttive CEE (in particolare Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. e certificato di marcatura CE che dovrà essere prodotto all'interno dell'offerta tecnica)
6. L'apparecchiatura deve essere conforme alle norme CEI vigenti e di pertinenza.
7. L'apparecchiatura deve essere conforme alla normativa CEI 62-5 e alle normative particolari di riferimento CEI 62-xx (ove esistenti) e s.m.i.
8. L'apparecchiatura deve essere corredata di n.2 copie dei manuali d'uso in lingua italiana (di cui una in formato elettronico CD/DVD)
9. L'apparecchiatura deve essere corredata di manuale di manutenzione in formato elettronico
10. Corso di formazione agli operatori

ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA (REQUISITI OBBLIGATORI NON SOGGETTI A VALUTAZIONE)

1. Tipologia contratto: "full risk". Sono inclusi i danni di qualsiasi natura, compreso i danni ~~accidentali. Restano esclusi solo i danni di natura dolosa~~
2. Manutenzione preventiva programmata: 2 visite/anno, in cui devono essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica e le verifiche funzionali, secondo norme CEI
3. Manutenzione correttiva. Sono comprese tutte le parti di ricambio originali necessarie a mantenere la perfetta efficienza dell'apparecchiatura, nulla escluso. Numero di interventi

illimitato. Verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali, secondo norme CEI, devono essere effettuate a ogni intervento

4. Durata della garanzia: mesi 24
5. Personale, sede e riferimenti del servizio di assistenza: il servizio di assistenza sarà eseguito da personale qualificato. La ditta allega un documento in cui specifica :
 - numero di tecnici coinvolti specificando per ciascuno: nominativo qualifica e ruolo
 - sede del servizio di assistenza
 - numeri di telefono e fax a cui dovranno essere presentate le richieste di intervento e/o di chiarimenti in merito agli interventi
 - numeri di telefono e fax per comunicazioni di tipo amministrativo e/o finanziario
6. Orario di accettazione chiamate: lunedì-venerdì 8-18
7. tempo massimo di intervento (ore lavorative dalla richiesta di manutenzione correttiva): non superiore a 8 ore
8. tempo massimo risoluzione intervento (ore lavorative dalla richiesta di manutenzione correttiva): non superiore a 16 ore

TETTO DI SPESA : € 4.800 iva esclusa