

APPARECCHIO PER HOLTER ECG

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Apparecchio compatto, da applicare direttamente al torace del paziente (dispositivo patch), per la registrazione Holter ECG;
2. Rilevamento del segnale senza cavi ed elettrodi, ma tramite patch biadesivi applicati direttamente al petto del paziente e al dispositivo;
3. Durata della registrazione: 7 giorni;
4. Rilevamento automatico e la classificazione dei principali segnali ed eventi ECG, In particolare deve essere possibile rilevare in modo automatico, da parte del Neurologo, la fibrillazione atriale parossistica quale causa di ictus ischemico;
5. Possibilità di scarico dati tramite wifi o cavo.