Asl3
Sistema Sanitario Regione Liguria

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

ALLEGATO (C)

N°1 URETERORENOSCOPIO RIGIDO PER IL B.O. DELLA S.C. UROLOGIA DELL'OSP. VILLA SCASSI – CIG Z431FF9395

ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale sarà effettuata in osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e dell'Atto Aziendale di questa Azienda Sanitaria Locale.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACQUISTO

N. 1 URETERORENOSCOPIO RIGIDO PER IL B.O. DELLA S.C. UROLOGIA DELL'OSP. VILLA SCASSI

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE

1.CARATTERISTICHE DI MINIMA

1.1 Ureterorenoscopio rigido adeguato ad uso diagnostico e terapeutico
1.2 Oculare angolato
1.3 Angolo di visione 7-12°
1.4 Lunghezza operativa: 430 mm circa
1.5 Lunghezza totale: 600 mm circa
1.6 Diametro camicia indicativo: 8-9.8 Fr
1.7 Canale d'irrigazione indicativo: 5 -6.2 Fr
1.8 Canale operativo indicativo: 6 Fr
1.9 Autoclavabile
1.10 Completo di: attacco, rubinetto, cassetta per la sterilizzazione e cappucci di tenuta
1.11 Compatibile con telecamere e fonti luce Olympus e Storz, in dotazione al B.O.

2.ALTRI REQUISITI OBBLIGATORI

2.1 Tutti i componenti dell'apparecchiatura e gli accessori in fornitura devono essere nuovi
2.2 Tutto il necessario (attività, servizi, materiali, ecc) a consegnare ed installare in sicurezza quanto fornito è a carico del fornitore
2.3 Tutti gli imballaggi utilizzati per il trasporto dell'apparecchiatura dovranno essere rimossi e allontanati dal fornitore subito dopo la consegna
2.4 Tutto il necessario (compresi eventuali materiali di consumo) alla messa in uso di ogni sistema deve essere compreso in fornitura
2.5 L'apparecchiatura deve essere corredata già alla presentazione dell'offerta di gara di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti e alle direttive CEE (in particolare Direttiva

93/42/CEE e s.m.i. e certificato di marcatura CE che dovrà essere prodotto all'interno dell'offerta tecnica)

2.6 L'apparecchiatura deve essere conforme alle norme CEI vigenti e di pertinenza.

2.7 L'apparecchiatura deve essere conforme alla normativa CEI 62-5 e alle normative particolari di riferimento CEI 62-xx (ove esistenti) e s.m.i.

2.8 L'apparecchiatura deve essere corredata di n.2 copie dei manuali d'uso in lingua italiana (di cui una in formato elettronico CD/DVD)

2.9 L'apparecchiatura deve essere corredata di manuale di manutenzione in formato elettronico

2.10 Corso di formazione agli operatori

3. ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA (REQUISITI OBBLIGATORI NON SOGGETTI A VALUTAZIONE)

3.1 Tipologia contratto: "full risk"

3.2 Manutenzione preventiva programmata: 2 visite/anno, in cui devono essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica e le verifiche funzionali, secondo norme CEI

3.3 Manutenzione correttiva. Sono comprese tutte le parti di ricambio originali necessarie a mantenere la perfetta efficienza dell'apparecchiatura, nulla escluso. Numero di interventi illimitato. Verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali, secondo norme CEI, devono essere effettuate a ogni interventoDurata della garanzia: mesi 24

3.4 Personale, sede e riferimenti del servizio di assistenza: il servizio di assistenza sarà eseguito da personale qualificato. La ditta allega un documento in cui specifica :

numero di tecnici coinvolti specificando per ciascuno: nominativo qualifica e ruolo

sede del servizio di assistenza

numeri di telefono e fax a cui dovranno essere presentate le richieste di intervento e/o di chiarimenti in merito agli interventi

numeri di telefono e fax per comunicazioni di tipo amministrativo e/o finanziario

3.5Orario di accettazione chiamate: lunedì-venerdì 8-18tempo massimo di intervento (ore lavorative dalla richiesta di manutenzione correttiva): non superiore a 8 oretempo massimo risoluzione intervento (ore lavorative dalla richiesta di manutenzione correttiva): non superiore a 16 ore

TETTO DI SPESA : € 8.000,00 + IVA

Non saranno prese in considerazione offerte alternative.

Il prezzo risultante dovrà intendersi per merce resa franco destino, e pertanto comprensiva di ogni spesa di imballo e trasporto, nonché di qualsiasi onere consequenziale ed accessorio. E' fatta eccezione alla sola I.V.A. che sarà applicata nella misura stabilita dalla disposizione di legge e di regolamento.

ART. 4 - GARANZIA

La forma di garanzia offerta dovrà essere comprensiva di qualsiasi onere (parti di ricambio, mano d'opera,) per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di collaudo. (V. questionario tecnico da compilare).

ART. 5 – SOPRALLUOGO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

L'apparecchiatura dovrà essere installata e collaudata nei luoghi e nei tempi indicati dall'Amministrazione al momento dell'aggiudicazione, alla presenza di un rappresentante individuato previa comunicazione scritta.

Personale incaricato della ditta partecipante dovrà effettuare un sopralluogo, che si ritiene obbligatorio, presso i locali dedicati all'installazione di n.1 ureterorenoscopio al fine di verificare la situazione di fatto per effettuare, altresì, una corretta e completa offerta. A tal fine si chiede di prendere appuntamento, previo accordo, con i colleghi della S.S.D. Ingegneria Clinica (Ing. G. Fassino tel. 010 849.7433 – Ing. G. Spada tel. 010 849.7700 – e-mail: ingegneria.clinica@asl3.liguria.it).

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

La fornitura sarà aggiudicata all'operatore economico che, avendo proposto un prodotto corrispondente alle caratteristiche di cui al presente capitolato speciale, avrà presentato l'offerta più bassa (offerta idoneità prezzo).

ART. 7– RESPONSABILITÀ

Il fornitore è responsabile dell'osservanza della normativa vigente in materia di produzione, commercio e trasporto, nonché dei danni comunque arrecati a causa di difetti, o di danni subiti dai materiali durante il trasporto, anche se non immediatamente riscontrati all'atto della consegna, a persone e/o cose sia dell'Ente che di terzi.

ART. 8 – CONSEGNE

Le consegne dovranno avvenire a seguito di emissione da parte della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture dell'apposito "buono d'ordine", sul quale sarà indicato il relativo numero da citare su tutta la corrispondenza, il tipo, ed il prezzo corrispondente.
La consegna dovrà essere effettuata presso la Strutture citata nel buono d'ordine.
La merce viaggia comunque e sempre a rischio del mittente. Nel caso di danni subiti dal materiale durante il trasporto lo stesso dovrà essere immediatamente sostituito.
La merce dovrà essere sempre accompagnata dal relativo Documento di Trasporto ai sensi delle Leggi vigenti.

ART. 9– EMISSIONE FATTURE

La fattura dovrà indicare con precisione il numero e la data del buono d'ordine, il tipo ed il quantitativo del prodotto consegnato, che dovrà corrispondere a quello richiesto, nonché il **CIG n. Z431FF9395**, come assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il pagamento della relativa fattura, ove non emergano contestazioni sulla natura e/o l'oggetto della fornitura e/o sull'esito del collaudo, dovrà intendersi mediante mandato di pagamento secondo la normativa vigente.
La data di arrivo delle fatture è accertata dal timbro protocollo apposto dal competente ufficio della A.S.L. 3 "Genovese".
Codice aziendale IPA: **UFKKL6**.

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'A.S.L., nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna

- consegna di beni diversi da quelli offerti
- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto

In conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di normativa antimafia, il contratto sarà risolto di diritto nei casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse nascere dal contratto con la ditta aggiudicataria, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.