

## CAPITOLATO SPECIALE

### ALLEGATO (C)

|  |
|--|
| <b>N°1 TAVOLO OPERATORIO CON PIANI TRASFERIBILI PER IL B.O. DI ORTOPEDIA DELL'OSP. VILLA SCASSI – CIG 7220154391</b> |
|--|

### **ART. 1 – Condizioni generali**

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale sarà effettuata in osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e dell'Atto Aziendale di questa Azienda Sanitaria Locale.

### **ART. 2 – Oggetto dell'acquisto**

**N. 1 TAVOLO OPERATORIO OPERATORIO CON PIANI TRASFERIBILI PER IL B.O. DI ORTOPEDIA DELL'OSP. VILLA SCASSI**

### **ART. 3 Caratteristiche tecniche**

#### COMPOSIZIONE DEL SISTEMA E CARATTERISTICHE

#### **1. CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA**

- 1.1. Tavolo operatorio a piani trasferibili, multidisciplinare, modulare e versatile per ogni disciplina, da destinarsi alla Chirurgia Ortopedica, per interventi di traumatologia, protesica, artroscopia
- 1.2. Il sistema deve essere così composto:
  - 1.2.1. N.1 colonna fissa a pavimento
  - 1.2.2. N.1 piano operatorio universale, trasferibile
  - 1.2.3. N.1 piano operatorio traumatologico con trazione integrata, trasferibile
  - 1.2.4. N.2 carrelli per il trasporto
  - 1.2.5. N. 1 telecomando a IR
  - 1.2.6. Accessori per orto-traumatologia

#### **2. COLONNA FISSA A PAVIMENTO**

- 2.1. Colonna fissa a pavimento. La colonna dovrà essere installata adeguando la stessa al foro a pavimento della colonna attualmente in uso
- 2.2. Colonna dotata di rotazione sul proprio asse e relativo fine corsa

- 2.3. Colonna realizzata in acciaio inox, con trattamento anticorrosivo, resistente a detergenti e disinfettanti
- 2.4. Base di minimo spessore (specificare in mm)
- 2.5. Tutti i movimenti devono essere gestiti da motori elettromeccanici di ultima generazione, all'interno della colonna stessa e gestiti da microprocessore
- 2.6. Pulsantiera integrata sulla colonna per la gestione dei movimenti piano/colonna
- 2.7. Display su colonna o telecomando (preferibile) per la visualizzazione
  - 2.7.1 Gradi di inclinazione trend/antitrend/elemburg e laterale
  - 2.7.2 Eventuali anomalie di sistema
- 2.8. Telecomando a infrarossi, preferibilmente con visualizzazione, con possibilità di memorizzare almeno n°4 di posizioni chirurgiche (specificare) e relativo carica batterie
- 2.9. Telecomando dotato di comando per allineamento automatico del tavolo
- 2.10. Dotazione di comando dedicato per la pulizia (innalzamento della colonna fino ad altezza massima senza piano operatorio)
- 2.11. Presenza di alimentazione di emergenza: batterie tampone ricaricabili, all'interno della colonna, con ampia autonomia (specificare). Alimentatore delle batterie interno alla colonna
- 2.12. Elevato grado di protezione IP. Specificare

### **3. N.2 PIANI OPERATORI**

#### **3.1. N. 1 Piano operatorio UNIVERSALE, multidisciplinare, così composto:**

- 3.1.1 Piano con sezioni modulabili e articolabili, diviso in almeno 6 sezioni, in modo da garantire un ottimale posizionamento del paziente, a seconda del tipo di intervento di chirurgia protesica e artroscopica
- 3.1.2 Movimenti di tipo elettromeccanico mediante motori gestiti da microprocessore
- 3.1.3 Piano operatorio realizzato in acciaio inox, resistente a detergenti e disinfettanti
- 3.1.4 Piano operatorio completamente radiotrasparente in tutta la sua lunghezza per utilizzo con IB
- 3.1.5 Adeguata larghezza del piano operatorio (circa 55 cm)
- 3.1.6 Portata non inferiore a 360 Kg

3.1.7 Sezioni, adeguate per ogni tipo di intervento di chirurgia protesica e artroscopica

- 1.1.1.1. N. 1 sezioni schiena inferiore
- 1.1.1.2. N.1 sezione schiena superiore
- 1.1.1.3. N. 1 sezione testa a doppio snodo
- 1.1.1.4. N.1 1 sezione gambe, in 4 sezioni, divaricabile e rimovibile in ogni singola sezione
- 1.1.1.5. Possibilità di aggancio di ulteriori sezioni sia lato schiena che lato gambe

1.1.2. Descrivere sistema di aggancio/sgancio delle sezioni

**1.2. N. 1 Piano operatorio TRAUMATOLOGICO, così composto:**

- 1.2.1. Piano con sezioni modulabili e articolabili, in modo da garantire un ottimale posizionamento del paziente, per ogni tipo di intervento di traumatologia
- 1.2.2. Movimenti di tipo elettromeccanico mediante motori gestiti da microprocessore
- 1.2.3. Piano operatorio realizzato in acciaio inox, resistente a detergenti e disinfettanti
- 1.2.4. Piano operatorio completamente radiotrasparente in tutta la sua lunghezza per utilizzo con IB
- 1.2.5. Adeguata larghezza del piano operatorio (circa 55 cm)
- 1.2.6. Portata non inferiore a 140 Kg
- 1.2.7. Sezioni adeguate per ogni tipo di intervento di traumatologia:
  - 1.2.7.1. N. 1 sezione schiena superiore, divisa in 3 sezioni per chirurgia della spalla
  - 1.2.7.2. N. 1 Schiena inferiore
  - 1.2.7.3. N. 1 Sistema di trazione per gli arti inferiori integrato
  - 1.2.7.4. N.1 caschetto reggitesta
  - 1.2.7.5. N.1 Sezione gambe in 2 sezione
- 1.2.8. Descrivere sistema di aggancio/sgancio delle sezioni
- 1.2.9. Piano dotato di ogni accessorio per trazione standard e trazione tran scheletrica

### **1.3. Cuscini**

- 3.3.1. Antistatici, asportabili, radiotrasparenti
- 3.3.2. Specificare spessore
- 3.3.3. Materiale resistente (specificare)
- 3.3.4. Lavabili e disinfettabili
- 3.3.5. Descrivere caratteristiche di comfort per il paziente e facilità di sanificazione

## **2. CARRELLO PER IL TRASPORTO**

- 4.1. Carrello per il trasporto del piano
- 4.2. Possibilità di inserimento longitudinale e/o laterale
- 4.3. Dotato di 4 ruote antistatiche piroettanti e freno di stazionamento. Preferibilmente dotato di quinta ruota direzionale
- 4.4. Presenza di trendelemburg/antitrendelemburg
- 4.5. Costruito in acciaio inox
- 4.6. Facile pulizia: assenza spigoli e zone di difficile accesso
- 4.7. Preferibilmente dotato di tasto a pedale per carico/scarico del piano

## **3. CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

### **5.1. Movimentazioni piano UNIVERSALE**

- 5.1.1. Possibilità almeno delle seguenti movimentazioni elettromeccaniche:
  - 5.1.1.1. Regolabile in altezza, circa 600 mm-1000mm (specificare altezza del piano senza cuscini minima e massima)
  - 5.1.1.2. Trendelenburg/antitrendelenburg non inferiore a +45°/-45° (specificare)
  - 5.1.1.3. Inclinazione laterale non inferiore a +25°/-25° (specificare)
  - 5.1.1.4. Traslazione longitudinale non inferiore a 320 mm (specificare), eseguibile con piano operatorio in tutte le posizioni (trend/antitrend, tilt laterale e combinata), rispettando i vincoli di anticollisione. La traslazione non deve essere inferiore alla larghezza della colonna, al fine di garantire la totale radiotrasparenza longitudinale del tavolo operatorio.
  - 5.1.1.5. Inclinazione sezione schiena inferiore circa +70°/-50° (specificare)
  - 5.1.1.6. Inclinazione sezione gambe circa +90°/-90° (specificare)
  - 5.1.1.7. Sezione gambe movimentabile singolarmente e contemporaneamente

- 5.1.1.8. Posizione flex/reflex (combinata sezione schiena e gambe)
- 5.1.2. Preferibilmente inclinazione sezione schiena superiore motorizzata
- 5.1.3. Elencare ulteriori movimentazioni, semplici o combinate in contemporanea, oltre a quelle presenti al punto 3.3.2
- 5.1.4. Possibilità di allineamento automatico del tavolo (tasto “0”)
- 5.1.5. Movimentazioni manuali
  - 5.1.5.1. Inclinazione sezione testa (specificare range in °)
  - 5.1.5.2. Apertura sezione gambe (specificare range in °)
- 5.1.6. Possibilità di movimentazioni delle varie sezioni del piano in simultanea

## **5.2. Movimentazioni piano TRAUMATOLOGICO**

- 5.2.1. Possibilità almeno delle seguenti movimentazioni elettromeccaniche:
  - 5.2.1.1. Regolabile in altezza, circa 700 mm-1000mm (specificare altezza del piano senza cuscini minima e massima)
  - 5.2.1.2. Trendelenburg/antitrendelenburg non inferiore a +45°/-45° (specificare range in °)
  - 5.2.1.3. Inclinazione laterale non inferiore a +25°/-25° (specificare range in °)
  - 5.2.1.4. Traslazione longitudinale non inferiore a 170 mm (specificare)
  - 5.2.1.5. Inclinazione sezione schiena inferiore circa +70°/-50° (specificare range in °)
  - 5.2.1.6. Posizione flex/reflex (combinata sezione schiena e gambe range in °)
- 5.2.2. Preferibilmente inclinazione sezione schiena superiore motorizzata (specificare range in °)
- 5.2.3. Preferibilmente inclinazione sezione gambe motorizzata (specificare range in °)
- 5.2.4. Elencare ulteriori movimentazioni, semplici o combinate in contemporanea, oltre a quelle presenti al punto 3.3.2
- 5.2.5. Possibilità di allineamento automatico del tavolo (tasto “0”)

## **5.3. Sistemi di controllo**

- 5.3.1. Presenza sistema di emergenza in caso di guasto
- 5.3.2. Presenza sistema anticollisione del piano con la base e/o pavimento

- 5.3.3. Presenza sistema di sicurezza in caso di aggancio errato del carrello o del piano
- 5.3.4. Riconoscimento automatico dell'orientamento del paziente (testa/piedi) con conseguente adeguamento di tutte le movimentazioni elettriche e della configurazione del piano
- 5.3.5. Possibilità di scelta tra più velocità delle movimentazioni
- 5.3.6. Possibilità di memorizzare e richiamare varie posizioni chirurgiche

#### **4. ACCESSORI**

- 6.1. Dotazione completa di accessori per eseguire procedure di ortopedia e traumatologia, in particolare:
  - 4.1.1. N.1 archetto reggi telo estendibile a forma di L completo di morsetto
  - 4.1.2. N. 2 aste porta flebo
  - 4.1.3. N.2 cinghia ferma corpo e gambe con relativi morsetti
  - 4.1.4. N. 2 reggi braccia orientabili a triplo snodo
  - 4.1.5. N. 1 dispositivo per artroscopia di ginocchio
  - 4.1.6. N. 1 supporto a rullo per protesi di ginocchio
  - 4.1.7. N.1 cosciale tipo Goepel
  - 4.1.8. N.1 scarponcino taglia M/L per trazione dotato di imbottitura con cuscino a depressione
  - 4.1.9. N. 1 scarponcino taglia S per trazione dotato di imbottitura con cuscino a depressione
  - 4.1.10. N.1 dispositivo per la chirurgia della tibia
  - 4.1.11. N.1 morsetto prendistaffa
  - 4.1.12. Spondine laterali con morsetti
  - 4.1.13. N.4 aste di supporto per fissaggio corpo
  - 4.1.14. N.2 Cuscini pube/sacro
  - 4.1.15. N.2 cuscini concavi per la schiena
- 6.2. Accessori inclusi in offerta oltre a quelli richiesti: elencare e descrivere
- 6.3. Accessori opzionali (non inclusi in offerta, da quotare separatamente): elencare e descrivere

## **5. ALTRO**

### 7.1. Altre caratteristiche/migliorie da evidenziare

#### **ALTRI REQUISITI OBBLIGATORI (NON SOGGETTI A VALUTAZIONE)**

1. Tutti i componenti delle apparecchiature e gli accessori in fornitura devono essere nuovi
2. Tutto il necessario (attività, servizi, materiali, ecc) a consegnare ed installare in sicurezza quanto fornito è a carico del fornitore
3. Tutti gli imballaggi utilizzati per il trasporto delle apparecchiature dovranno essere rimossi e allontanati dal fornitore subito dopo la consegna
4. Tutto il necessario (compresi eventuali materiali di consumo) alla messa in uso di ogni sistema deve essere compreso in fornitura
5. Le apparecchiature devono essere corredate già alla presentazione dell'offerta di gara di tutte le certificazioni di conformità alle normative vigenti e alle direttive CEE (in particolare Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. e certificato di marcatura CE che dovrà essere prodotto all'interno dell'offerta tecnica)
6. Le apparecchiature devono essere conformi alle norme CEI vigenti e di pertinenza (CEI EN 60601-1 Apparecchiature elettromedicali. Parte 1: prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali; CEI EN 60601-1-1 Apparecchi elettromedicali. Parte 1: norme generali per la sicurezza; CEI EN 60601-1 -2 (Compatibilità elettromagnetica); CEI EN 60601-2-46 Parte 2: norme particolari per la sicurezza dei tavoli operatori)
7. Le apparecchiature devono essere corredate di n.2 copie dei manuali d'uso in lingua italiana (di cui una in formato elettronico CD/DVD)
8. Le apparecchiature devono essere corredate di manuale di manutenzione in formato elettronico
9. Corso di formazione agli operatori

#### **ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA (REQUISITI OBBLIGATORI NON SOGGETTI A VALUTAZIONE)**

1. Tipologia contratto: "full risk"
2. Manutenzione preventiva programmata: 2 visite/anno, in cui devono essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica e le verifiche funzionali, secondo norme CEI
3. Manutenzione correttiva. Sono comprese tutte le parti di ricambio originali necessarie a mantenere la perfetta efficienza dell'apparecchiatura, nulla escluso. Numero di interventi illimitato. Verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali, secondo norme CEI, devono essere effettuate a ogni intervento
4. Durata della garanzia: mesi 24

5. Personale, sede e riferimenti del servizio di assistenza: il servizio di assistenza sarà eseguito da personale qualificato. La ditta allega un documento in cui specifica :
  - numero di tecnici coinvolti specificando per ciascuno: nominativo qualifica e ruolo
  - sede del servizio di assistenza
  - numeri di telefono e fax a cui dovranno essere presentate le richieste di intervento e/o di chiarimenti in merito agli interventi
  - numeri di telefono e fax per comunicazioni di tipo amministrativo e/o finanziario
6. Orario di accettazione chiamate: lunedì-venerdì 8-18
7. tempo massimo di intervento (ore lavorative dalla richiesta di manutenzione correttiva): non superiore a 8 ore
8. tempo massimo risoluzione intervento (ore lavorative dalla richiesta di manutenzione correttiva): non superiore a 16 ore

## **ART. 4 – Compilazione dell'offerta tecnica**

Si richiede altresì agli operatori economici:

- di seguire, nella compilazione dell'offerta tecnica, l'ordine sequenziale del presente capitolato speciale;
- di rispondere esaurientemente a tutti i punti richiesti indicando i relativi valori numerici e le corrispondenti unità di misura;
- la compilazione del questionario allegato al presente capitolato, con l'indicazione dei dati tecnici della configurazione proposta ed il relativo riferimento sul questionario tecnico (da compilarsi direttamente sul file excell allegato al presente capitolato), con l'indicazione della corrispondenza tra il questionario compilato e il riferimento sull'elaborato tecnico, deplianti illustrativi ed ogni altro documento comprovante la dichiarazione del questionario tecnico;
- la formulazione di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il sistema offerto soddisfa puntualmente quanto chiesto nel capitolato;
- la conformità alla vigente normativa, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni;
- il possesso del marchio C.E.;
- l'indicazione del C.N.D. e numero di repertorio;
- la redazione "dell'offerta silente", ovvero la redazione dell'offerta economica senza l'indicazione del prezzo".



## **ART. 5 – Compilazione dell’offerta economica**

Gli operatori economici offerenti dovranno indicare in cifre e in lettere lo sconto percentuale praticato sul prezzo posto a base d’asta individuato nel presente articolo nella configurazione richiesta al precedente art. 3, nonché il prezzo finale.

Nell’offerta economica gli operatori economici dovranno altresì indicare la quotazione relativa a qualsiasi prodotto legato al funzionamento della macchina indipendentemente da quello quotato in offerta di gara, specificando il confezionamento di vendita. La quotazione dovrà essere valida per almeno 3 anni e non farà parte della valutazione economica ai fini dell’aggiudicazione.

**Il presente articolo individua il tetto massimo di spesa per n.1 tavolo operatorio con piani trasferibili per il B.O. di Ortopedia dell’Ospedale Villa Scassi - € 100.000,00 (IVA esclusa)**

Non saranno prese in considerazione offerte alternative.

Il prezzo risultante dovrà intendersi per merce resa franco destino, e pertanto comprensiva di ogni spesa di imballo e trasporto, nonché di qualsiasi onere consequenziale ed accessorio. E’ fatta eccezione alla sola I.V.A. che sarà applicata nella misura stabilita dalla disposizione di legge e di regolamento.

## **ART. 6 - Garanzia**

La forma di garanzia offerta dovrà essere comprensiva di qualsiasi onere (parti di ricambio, mano d’opera,) per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di collaudo. (V. questionario tecnico da compilare).

## **ART. 7 – Sopralluogo, installazione e collaudo**

L’apparecchiatura dovrà essere installata e collaudata nei luoghi e nei tempi indicati dall’Amministrazione al momento dell’aggiudicazione, alla presenza di un rappresentante individuato previa comunicazione scritta.

Personale incaricato della ditta partecipante dovrà effettuare un sopralluogo, che si ritiene obbligatorio, presso i locali dedicati all’installazione di n.1 tavolo operatorio per la S.C. Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Villa Scassi al fine di verificare la situazione di fatto per effettuare, altresì, una corretta e completa offerta. A tal fine si chiede di prendere appuntamento, previo accordo, con i colleghi della S.S.D. Ingegneria Clinica (Ing. G. Fassino tel. 010 849.7433 – Ing. G. Spada tel. 010 849.7700 – e-mail: [ingegneria.clinica@asl3.liguria.it](mailto:ingegneria.clinica@asl3.liguria.it)).

## **ART. 8 – Aggiudicazione del contratto**

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che, avendo proposto un prodotto corrispondente alle caratteristiche di cui al presente capitolato speciale, avrà presentato l’offerta economicamente più conveniente sulla base dei criteri di valutazione previsti dal presente articolo (offerta economicamente più vantaggiosa).

**OFFERTE TECNICHE**

**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE : PUNTI 70/100**

**OFFERTE ECONOMICHE**

**PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE : PUNTI 30/100**

Il presente articolo individua i parametri di valutazione e i relativi punteggi massimi attribuibili

**QUALITA'** : *punteggio massimo attribuibile PUNTI 70 così ripartiti:*

| <b>TAVOLO OPERATORIO-CARATTERISTICHE QUALITATIVE</b> | <b>PUNTI 70</b> |
|--|-----------------|
| <b>COLONNA FISSA A PAVIMENTO</b>                     | <b>13</b>       |
| <b>PIANO OPERATORIO</b>                              | <b>13</b>       |
| <b>CUSCINI</b>                                       | <b>3</b>        |
| <b>CARRELLO PER IL TRASPORTO</b>                     | <b>5</b>        |
| <b>CARATTERISTICHE FUNZIONALI:</b>                   |                 |
| • <b>Movimentazioni</b>                              | <b>17</b>       |
| • <b>Sistemi di controllo</b>                        | <b>10</b>       |
| <b>ACCESSORI</b>                                     | <b>6</b>        |
| <b>ALTRO</b>   | <b>3</b>        |

**SOGLIA DI AMMISSIBILITA': PUNTI 42**

**PREZZO:** *punteggio massimo attribuibile PUNTI 30*

**TETTO DI SPESA :** € 100.000 + IVA

**TEMPO DI CONSEGNA:** *non superiore a 30 giorni solari dal ricevimento dell'ordine*

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire, a proprio carico, ogni attività propedeutica alla corretta installazione del tavolo, compreso lo smontaggio, il ritiro e lo smaltimento del tavolo in dotazione.

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta tecnica, si procederà nel modo seguente: ciascun componente della Commissione tecnica, avrà a disposizione un coefficiente di valutazione da 0 a 1 per ciascun parametro individuato, si procederà quindi a calcolare il valore medio dei coefficienti attribuiti ad ogni singolo parametro da ciascun commissario, e ad attribuire il coefficiente 1 al valore medio più alto.

Si procederà, quindi, proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, ovvero:

|   |   |
|---|---|
| Coefficiente da valutare  |   |
| Peso Qualità =  | 1 |
| $\frac{1}{\text{Massimo coefficiente attribuito al parametro}}$ |   |

I coefficienti così ottenuti dovranno essere a loro volta moltiplicati per il valore massimo attribuito a ciascun parametro oggetto di valutazione come stabilito nel presente articolo.

Il punteggio finale sarà dato dalla sommatoria di ciascuna voce, per un massimo attribuibile di punti 70.

Per quanto riguarda le **offerte economiche**, gli operatori economici dovranno formulare uno sconto percentuale sul valore posto a base d'asta, individuato per la presente procedura di gara in € 100.000,00.= IVA esclusa, come stabilito al precedente art. 5.

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta economica si procederà nel modo seguente:

**Verranno attribuiti punti 30 all'offerta formulata con il massimo ribasso percentuale e, per le restanti offerte, si procederà applicando la seguente formula (lineare interdipendente):**

|   |
|---|
| $30 \times \frac{\text{ribasso percentuale da valutare}}{\text{Massimo ribasso percentuale offerto}}$ |
|---|

Il punteggio finale sarà dato dalla somma del punteggio tecnico più il punteggio economico, applicati secondo quanto stabilito nel presente articolo. Sarà dichiarato aggiudicatario l'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più alto.

Alle offerte economiche formulate con un ribasso percentuale pari a 0% verrà attribuito il punteggio economico di 0 (zero) punti

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di non aggiudicare la fornitura, nel caso ne sussistono, a suo insindacabile giudizio, le condizioni tecniche e/o economiche.

Si specifica, altresì, che la fornitura potrà non essere aggiudicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione nel caso in cui il prezzo offerto venisse ritenuto non congruo.

## **ART. 9 – Responsabilità**

Il fornitore è responsabile dell'osservanza della normativa vigente in materia di produzione, commercio e trasporto, nonché dei danni comunque arrecati a causa di difetti, o di danni subiti dai materiali durante il trasporto, anche se non immediatamente riscontrati all'atto della consegna, a persone e/o cose sia dell'Ente che di terzi.

## **ART. 10 – Consegne**

Le consegne dovranno avvenire a seguito di emissione da parte della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture dell'apposito "buono d'ordine", sul quale sarà indicato il relativo numero da citare su tutta la corrispondenza, il tipo, ed il prezzo corrispondente.

La consegna dovrà essere effettuata presso la Strutture citata nel buono d'ordine.

La merce viaggia comunque e sempre a rischio del mittente. Nel caso di danni subiti dal materiale durante il trasporto lo stesso dovrà essere immediatamente sostituito.

La merce dovrà essere sempre accompagnata dal relativo Documento di Trasporto ai sensi delle Leggi vigenti.

## **ART. 11 – Emissione fatture**

La fattura dovrà indicare con precisione il numero e la data del buono d'ordine, il tipo ed il quantitativo del prodotto consegnato, che dovrà corrispondere a quello richiesto, nonché il CIG n. 7220154391, come assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il pagamento della relativa fattura, ove non emergano contestazioni sulla natura e/o l'oggetto della fornitura e/o sull'esito del collaudo, dovrà intendersi mediante mandato di pagamento secondo la normativa vigente.

La data di arrivo delle fatture è accertata dal timbro protocollo apposto dal competente ufficio della A.S.L. 3 "Genovese".

Codice aziendale IPA: UFKKL6.

## **ART. 12– Risoluzione del Contratto**

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. ( clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'A.S.L., nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna
- consegna di beni diversi da quelli offerti
- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto

In conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di normativa antimafia, il contratto sarà risolto di diritto nei casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

---

## **ART. 13 – Controversie**

Qualsiasi controversia dovesse nascere dal contratto con la ditta aggiudicataria, sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.