

DIPARTIMENTO ECONOMICO-GESTIONALE**Struttura Complessa****Programmazione e Gestione delle Forniture**www.asl3.liguria.it

Spett.le

Operatore Economico

Genova 17/11/2017

Prot. n. 155521

OGGETTO:Indizione gara a procedura aperta, a norma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il noleggio comprensivo di assistenza tecnica full risk di n. 3 mammografi digitali per mesi 96 (novantasei):

- N. 1 con modulo tomosintesi per Ambulatorio Fiumara
- N. 2 forniti con predisposizione per modulo tomosintesi per Poliambulatorio di Recco e per l'Ospedale Gallino di Genova Rivarolo. (Gara n. 6867307)

Con la presente, in riferimento ad una nota di chiarimenti ricevuta in data 13/11/2017, con cui viene sottoposto il seguente quesito, si risponde quanto segue:

Con riferimento alle richieste a completamento dell'offerta, ad esempio, la necessità di installazione delle lampade di segnalazione raggi e degli interruttori di sicurezza, ovvero la richiamata esigenza di adeguamento eventuale del quadro elettrico e l'installazione dei sistemi di protezione richiesti dalle normative e, in definitiva, in rapporto al chiarimento pubblicato circa la possibilità di effettuare i sopralluoghi per l'esatta definizione delle esigenze di installazione, si richiede congrua proroga dei termini di presentazione della documentazione di gara al fine di poter provvedere al meglio a quanto contenuto e richiesto in Capitolato

- per quanto riguarda la radioprotezione è richiesta una dotazione standard, comunemente utilizzata nelle diagnostiche senologiche; al punto 16.5 del Capitolato è richiesta la fornitura e posa di quadro elettrico adeguato, e non l'adeguamento di quadro elettrico esistente; non è richiesto il sopralluogo obbligatorio proprio in considerazione della "normalità" delle installazioni, ma si ribadisce la possibilità di effettuarlo. La tempistica prevista per la presentazione delle offerte è conforme alle normative vigenti, è congrua rispetto all'oggetto della fornitura ed alle richieste di capitolato, ed è stata definita anche in rapporto alle esigenze cliniche dell'azienda.

Richiesta di rendere preferenziale e non obbligatorio il requisito del punto "4.2 Curva di risposta sul piano (dose-valore lettura) lineare"

- si accoglie la richiesta per cui il punto diventa "4.2 Curva di risposta sul piano (dose-valore lettura) preferibilmente lineare"

Richiesta di rendere preferenziale e non obbligatorio il requisito del punto "8.2.2 [visualizzazione e documentazione della dose erogata] sia cumulativa che di ogni singola acquisizione":

- non si accoglie l'osservazione e si ribadisce la necessità di avere la registrazione dei dati di esposizione per ogni singola esposizione, comprensiva della dose erogata in termini di ESAK e AGD

- Richiesta di rendere preferenziale e non obbligatorio il requisito del punto "13.1.3 almeno due fattori di ingrandimento":

- si accoglie la richiesta per cui il punto diventa "13.1.3 Preferibilmente almeno due fattori di ingrandimento"

Cordiali saluti

Il Direttore
(Dottor Patrizio Callao)



Redattore degli atti
D.Ducci
Tel. 010 849.7426 - fax 010/8497437
Email: daniela.ducci@asl3.liguria.it

PC/dd
dd/Acq/SopraS/Mammografi/NotaChiarimentiIII
Prat. n. 302/2017