

## DIPARTIMENTO ECONOMICO-GESTIONALE

### Struttura Complessa

### Programmazione e Gestione delle Forniture

[www.asl3.liguria.it](http://www.asl3.liguria.it)

Spett.le

Operatore Economico

Genova 17/11/2017  
Prot. n. 155523

**OGGETTO:**Indizione gara a procedura aperta, a norma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il noleggio comprensivo di assistenza tecnica full risk di n. 3 mammografi digitali per mesi 96 (novantasei):

- N. 1 con modulo tomosintesi per Ambulatorio Fiumara
- N. 2 forniti con predisposizione per modulo tomosintesi per Poliambulatorio di Recco e per l'Ospedale Gallino di Genova Rivarolo. (Gara n. 6867307)

Con la presente, in riferimento ad una nota di chiarimenti ricevuta in data 13/11/2017, con cui viene sottoposto il seguente quesito, si risponde quanto segue:

*punto 5.6 - "ampia escursione verticale del piano di appoggio, non inferiore a 70 cm". Si chiede di ridurre l'escursione verticale a 60 cm, fatta salva la possibilità di eseguire tutti gli esami richiesti per tutte le tipologie di paziente:*

- Risposta: si accoglie la richiesta per cui il punto diventa "5.6 - ampia escursione verticale del piano di appoggio, non inferiore a 60 cm, fatta salva la possibilità di eseguire tutti gli esami richiesti per tutte le tipologie di paziente"

*punto 6.4 - "Compressione ottimizzata in funzione del paziente". si chiede di confermare che una modalità unica di ottimizzazione, finalizzata ad ottenere la massima ergonomia per tutte le tipologie di pazienti, è sufficiente per la conformità alla caratteristica richiesta:*

- Risposta: si conferma l'idoneità di una modalità unica di ottimizzazione. L'aspetto qualitativo della funzionalità offerta sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Valutatrice

*punto 6.6 - "Preferibilmente dotato di dispositivo per l'ottimizzazione dell'acquisizione di mammelle piccole e dense"; si chiede di confermare che la fornitura di un piattello di compressione dedicato per seni piccoli e densi è sufficiente per la conformità alla caratteristica richiesta:*


- Risposta: si conferma l'idoneità. L'aspetto qualitativo del dispositivo offerto sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Valutatrice

*punto 6.7 - "Preferibilmente dotato di dispositivo automatico per l'ottimizzazione dell'acquisizione del prolungamento ascellare"; si chiede di specificare a che dispositivo si faccia riferimento*

- Risposta: il dispositivo non è obbligatorio; la funzione è quella descritta e può essere implementata con modalità tecniche differenti (es. compressore ascellare)

Cordiali saluti

Il Direttore  
(Dottor Patrizio Callao)



Redattore degli atti

D.Ducci

Tel. 010 849.7426 - fax 010/8497437

Email: [daniela.ducci@asl3.liguria.it](mailto:daniela.ducci@asl3.liguria.it)

PC/dd  
dd/Acq/SopraS/Mammografi/NotaChiarimentiIV  
Prat. n. 302/2017